

# DMR

SRL

LEAN MANUFACTURING



Dispositivo facciale filtrante FFP2

CODICE PRODOTTO:

**DMR-MASKFFP2**

# SEMI MASCHERA FILTRANTE FFP2 – NR



## Scheda tecnica

Mascherina filtrante tipo FFP2 Non Riutilizzabile elastici auricolari e ponte nasale adattabile, realizzata con saldatura ad ultrasuoni di materiali ad alta filtrazione in polipropilene tessuto non tessuto.

La mascherina filtrante fornisce un'adeguata protezione delle vie respiratorie contro aerosol liquidi e solidi (per es. nebbie oleose) non tossici; contro particolato (polvere, fumi, nebbie, microrganismi). Non è adeguato per la protezione contro gas e vapori tossici, esalazioni epossidiche, utilizzo in caso di incendio.

Ripiegabile, facile da riporre, design adattabile al viso, pratica e confortevole.

## Istruzioni di utilizzo

1. Prendere la mascherina con il lato esterno verso il basso. Tenere gli elastici con le dita
2. Posizionare sul volto trattenendo gli elastici
3. Fissare gli elastici dietro le orecchie
4. Adattare il ponte nasale alla forma del viso
5. Eseguire una prova di tenuta, coprendo la parte frontale della mascherina con entrambe le mani facendo attenzione a non spostarla e a non modificare la tenuta espirare con decisione; se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, rimodellare il ponte nasale o gli elastici fino ad eliminarle.

MATERIALI	
Elastici	Tessuto elasticizzato
Ponte nasale	Acciaio modellabile
Rivestimento esterno	Tessuto non tessuto
Hot Air Cotton	Isolante termico artificiale
Filtro	Melt blown alta filtrazione
Rivestimento interno	Tessuto non tessuto adatto al contatto con la pelle



## Certificazioni/test


Grado di filtrazione >94% (norma EN149)

Certificato CE emesso da Eurofins Product Testing

Italy S.r.l. n° EPT 0477.PPE.20/4050 e n° EPT

0477.PPE.20/4051.

Test report SGS n 163812A (standard EN149 PPE face masks) laboratorio accreditato ILAC-MRA & CNAS L0599.



## SMALTIMENTO

Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Conferire nei rifiuti come indicato di seguito:

scatola \*carta

sacchetto \*plastica

mascherina \*indifferenziato

\*verificare come differenziare nel proprio comune

[1]

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO / EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

[2] In applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 del 09 Marzo 2016 / as per Regulation (EU) 2016/425 of 09 March 2016

[3] Certificato No: **EPT 0477.PPE.20/4050**  
Registration No:

[4] Dispositivo di protezione individuale: Semimaschera FFP2 NR / Half mask FFP2 NR  
Personal protective equipment:

Nome commerciale: **8820**  
Commercial name:

[5] Classificazione: **Categoria III / Category III**  
Classification:

[6] Costruttore: **CAMERSON S.p.A.**  
Manufacturer:

[7] Indirizzo: **Corso Francesco Ferrucci n. 112 – 10138 Torino - Italia**  
Address:

Sito produzione / **Via Torino n. 168 - 10093 Collegno (TO)- Italia**  
Production place

[8] Scopo: **Eurofins Product Testing Italy S.r.l. certifica secondo la procedura di cui all'Allegato V (Modulo B) che il presente dispositivo di protezione individuale soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute indicati dal Regolamento (UE) 2016/425 e i punti applicabili delle seguenti norme:**  
Scope:

*Eurofins Product Testing Italy S.r.l. declares according the procedure of Annex V (module B) that this personal protective equipment is in according to Essential Health and Safety Requirements of the Regulation (EU) 2016/425 and to the applicable points of the following standards:*

**EN 149:2001+A1:2009**

*gli esiti dell'esame sono registrati nel Rapporto a carattere riservato n. / the results of the examination of the documentation are recorded in the confidential Report n.*

- Approval Report n. EPT.20.REL.03/20Q01981- 2020-11-09.

Data di prima emissione:  
First issue date:

**2020 - 11 - 11**

Luogo e data di emissione:  
Place and date of issue:

**Torino, 2020 - 11 - 11**

Il Certificato è valido fino al:  
The Certificate is valid until:

**2025 - 11 - 10**



PRD N° 119B  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Il presente certificato è composto da 3 pagine ed è riproducibile solo integralmente. Di seguito sono indicate le condizioni di validità. / This Certificate is composed of 3 pages and it is integrally reproducible only. After the conditions of validity. In presenza di dubbi interpretativi, è valido il testo in italiano / When are doubts in interpreting, Italian version is valid.

*Paolo Dentis*  
Paolo Dentis  
Responsabile del Regolamento  
Regulation Responsible

*Paolo Trisoglio*  
Paolo Trisoglio  
Amministratore Delegato  
Managing Director



Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - Via Cuornè, 21 - 10156 Torino - Italia  
Notified Body N. 0477

[1] CERTIFICATO DI CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO  
 CERTIFICATE OF INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED PRODUCT CHECKS

[2] In applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 del 09 marzo 2016 / as per Regulation (EU) 2016/425 of 9 March 2016

[3] Certificato No: **EPT 0477.PPE.20/4051**  
 Registration No:

[4] Si attesta che i dispositivi di protezione individuale:  
*We declare that the personal protective equipment:* Semimaschera FFP2 NR / Half mask FFP2 NR

Nome commerciale: **8820**  
 Commercial name:

[5] Classificazione: **Categoria III / Category III**  
 Classification:

[6] Costruttore: **CAMERSON S.p.A.**  
 Manufacturer:

[7] Indirizzo: **Corso Francesco Ferrucci n. 112 – 10138 Torino - Italia**  
 Address:

Sito produzione / **Via Torino n. 168 - 10093 Collegno (TO)- Italia**  
 Production place

[8] Scopo: **Il sistema di controllo interno della produzione e le prove eseguite su ogni prodotto realizzato sotto controllo ufficiale, soddisfano i Requisiti richiesti dall'Allegato VII (Modulo C2) del Regolamento (UE) 2016/425.**  
 Scope: **Sono previsti test per verificare il mantenimento della validità del presente certificato.**

*The factory internal production control plus supervised product checks on every product, are in according to Annex VII (Module C2) of the Regulation (EU) 2016/425. Tests will be carried out to verify that the validity of this certificate is maintained.*

Data di prima emissione:  
 First issue date:

2020 - 11 - 11

Luogo e data di emissione:  
 Place and date of issue:

Torino, 2020 - 11 - 11

Il Certificato è valido fino al:  
 The Certificate is valid until:

2021 - 11 - 10



*Paolo Dentis*  
 Paolo Dentis  
 Responsabile del Regolamento  
 Regulation Responsible

*Paolo Trisoglio*  
 Paolo Trisoglio  
 Amministratore Delegato  
 Managing Director



PRD N° 119B  
 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Il presente certificato è composto da 4 pagine ed è riproducibile solo integralmente. Di seguito sono indicate le condizioni di validità. / This Certificate is composed of 4 pages and it is integrally reproducible only. After the conditions of validity.  
 In presenza di dubbi interpretativi, è valido il testo in italiano / When are doubts in interpreting, Italian version is valid.

Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - Via Cuornè, n. 21 - 10156 Torino - Italia  
 Notified Body N. 0477